

【キャリブレーションテスト補足チラシ】
シリンダゲージ CG-35AX の取付け方法

MANUAL No.99MBH041B
SERIES No. 170

- シリンダゲージ CG-35AX (コード No.511-701) を取付ける場合、後側のシリンダゲージ取付け金具は支軸 2 から取り外し、前側のシリンダゲージ取付け金具を使用して取付けて下さい。(Photo 1)



【CALIBRATION TESTER SUPPLEMENTAL SHEET】
Attachment of Bore Gage CG-35AX

- To attach the bore gage “CG-35AX” (Code No.511-701), remove the rear bore gage fixture from the holding rod No. 2 and then use the front bore gage fixture. (Photo 1)

